

W związku z otrzymanymi zapytaniem udzielamy odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Część III, poz. 9 Rowerek treningowy: Czy Zamawiający dopuści rower treningowy bez wyważonych pedałów, samoczynnie ustawiających się w pozycji poziomej?

Wyrażamy zgodę.

2. Część III, poz. 8 Stół do tenisa stołowego: Czy Zamawiający dopuści stół o blacie grubości 16mm?

Nie wyrażamy zgody.

3. Część III, poz. 12 Materac przeciwodleżynowy: Czy Zamawiający dopuści materac z czasem pełnego cyklu o długości 12 minut i ciśnieniu roboczym na poziomie 40-110 mmHg? Dane techniczne zamieszczone w jego opisie, są prawdopodobnie przepisane ze złej strony internetowej (nie producenta).

Wyrażamy zgodę.

4. Część III, poz. 13 Wózek elektryczny: Czy Zamawiający dopuści wózek o maksymalnej wadze użytkownika 120 kg i konstrukcji opartej na stałej ramie (bez krzyżaka), gwarantującej lepszą stabilność wózka i składanym oparciem.

Nie wyrażamy zgody na ograniczenie wagi osoby ćwiczącej, natomiast wyrażamy zgodę na konstrukcję opartą na stałej ramie bez krzyżaka.

5. Część III, poz. 14 Łóżko rehabilitacyjne sterowane elektrycznie: Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji autokonturu?

Nie wyrażamy zgody.

6. Stół 6osobowy (pkt.4) - czy można zaproponować stoły wykonane w całości z drewna/ płyty laminowanej - zamiast metalowego stelażu?

Wyrażamy zgodę.

7. Ławka z oparciem (pkt. 9) - czy ławka może być wykonana w całości z drewna/ płyty laminowanej?

Wyrażamy zgodę.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

Zamawiający dokonał modyfikacji treści zapytania ofertowego w dniu 14.02.2020. Wykonawcy winni się zapoznać ze zmianami i mieć je na uwadze wyceniając przedmiot zamówienia.